

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №  
RA.RU.430287

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2023 2 раунд

Наименование лаборатории и организации:

**Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе**

Кодовый № лаборатории: **K0202-2**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Вода питьевая</b>				
O2-23B	Гидрокарбонат-ионы, мг/дм <sup>3</sup>	61.0	Z = 0.05	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01A94B5A003AAF3CB842846728066B43D4  
Владелец: ВАСИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
Действителен: с 26.10.2022 до 26.01.2024

Генеральный директор

Е.В. Васина

22.08.2023

Является приложением к отчету № ВОДА2-2023 от 22.08.2023 , без отчета недействительно.